

RESISTANCE TO IMPACT OF COATING

دستگاه آزمون مقاومت به ضربه پوشش ها

این دستگاه به منظور بررسی مقاومت به ضربه در پوشش های تک لایه اپوکسی پیوند ذوبی (FBE) مطابق با استاندارد (14) ISO 21809-2 طراحی و ساخته شده است. در این روش وزنه یک کیلوگرمی از ارتفاع یک متری روی نمونه رها شده و اثر نوک فرورنده مخصوص تست بر روی مقاومت به ضربه در پوشش با کمک آزمون هالیدی بررسی می شود.

مشخصات فنی


۱. دستگاه مطابق با استاندارد (14) ISO 21809-2 طراحی و ساخته شده است.

۲. امکان تست نمونه های آزمایشگاهی پوشش داده مطابق با استاندارد.

۳. دارای وزنه یک کیلوگرمی و نوک ضربه زن سخت کاری شده به قطر ۱۵/۸ میلیمتر.

۴. دارای میله مدرج ۱ متری به منظور رها کردن سببه.

۵. دارای کف سخت کاری شده مطابق با استاندارد.



M . S . R . P

شرکت دانش بنیان میراب صنعت

آدرس: شیراز، شهرک آرین، خیابان فناوری، پارک علم و فناوری فارس

تلفن فروش: ۰۷۱۳۶۳۱۲۱۰۳ و ۰۷۱۳۶۳۶۴۳۳۹

ایمیل: info.msrpco@gmail.com

وب سایت: <https://farsi.msrpco.com>

* اینستاگرام: @inc.mirabsanat

* آپارات: @mirabsanat



M . S . R . P



M . S . R . P